


Ultragarsinio keitiklio parametrai.



Parametrai	
Keitiklio matavimo paviršiaus skersmuo	5 mm
Matavimo spindulio skersmuo	2 mm
Matavimo paviršiaus kampas keitiklio rankenos atžvilgiu	45°
Matavimo ribos	0-10 mm
Tikslumas	0,1 mm

Ant keitiklio rankenos yra mygtukas, kuriuo fiksuojamas matavimas.